



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

# СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

**DE.C.31.010.A № 57612**

Срок действия до **23 января 2020 г.**

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ  
**Измерители влажности Testo 616**

ИЗГОТОВИТЕЛЬ  
**Testo AG, Германия**

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № **59640-15**

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ  
**МП РТ 1997-2014**

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ **1 год**

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от **23 января 2015 г. № 69**

Описание типа средств измерений является обязательным приложением к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя  
Федерального агентства

  
Ф.В.Булыгин  
"03" ..... 2015 г.

Серия СИ

№ 018649